

В [письме технического комитета ТК 024 Росстандарта](#) указано, что с 01.01.2017 на вновь вводимых в эксплуатацию или реконструируемых узлах учета газа должны использоваться вычислители, реализующие алгоритмы ГОСТ 30319.(1-3)-2015. При использовании в узлах учета газа, предназначенных для коммерческих расчетов, эти вычислители должны быть внесены в Госреестр средств измерений.